

TESTER TVRDOSTI VODY



Návod k použití

1. Opláchněte odkalovací nádobu vodou, která má být testována a doplňte po značku 5 ml.
2. Přidejte 1-2 kapky indikátoru a kružte. V případě tvrdosti vyšší než 3 ppm CaCO_3 se objeví vínově červená barva (modrá barva označuje nepřítomnost tvrdosti. Při tvrdosti nižší než 3 ppm přechází barva z fialové, přes šedou k růžové).
3. Přidejte titrant po kapkách a zamíchejte po každém přidání. Počítejte kapky, dokud se barva nezmění z červené na modrou. Každá kapka odpovídá 1) fr stupni (1)fr = 10 ppm CaCO_3)
4. Pro změkčenou vodu, naplňte nádobu po značku 10 ml a přidejte 2-4 kapky indikátoru. Každá kapka titrantu odpovídá 0,5° fr stupni.